

Wałbrzych, dnia 28.10.2022 r.

DA.2170.34.2022

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia do laboratorium biologiczno-chemicznego Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa”

Zamawiający działając na podstawie zapisów zawartych w Rozdziale V ust. 2 Zaproszenia do składania ofert informuje, że w dniu 28.10.2022 r. wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zaproszenia, na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania:**

Poniżej przesyłam pytania do ww. zapytania ofertowego z prośbą o udzielenie odpowiedzi. dotyczy zadanie 1 - sprzęt laboratoryjny

1. Autoklaw - 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość zewnętrzną wynoszącą 23 cm ?

2. Czy Zamawiający dopuści moc 1250 W ?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na model autoklawu o wysokości zewnętrznej wynoszącej 23 cm.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie modelu autoklawu o mocy 1250 W.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik nr 3.1.1. – zestawienie parametrów technicznych dla autoklawu, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty wraz z załącznikiem w zmienionym brzmieniu.

Załącznik nr 3.1.1.

<p style="text-align: center;"><b>ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AUTOKŁAW</b></p>
--

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

Model: .....

**ILOŚĆ: 2 szt.**

LP	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓLOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Pojemność komory: 9 l	Pojemność komory: .....
2.	Wymiary kotła: wysokość: 23,6 cm; średnica: 21 cm	Wymiary kotła: Wysokość: ..... Średnica: .....
3.	Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 34 cm; wysokość: 33,5 cm	Wymiary zewnętrzne: Szerokość: ..... Wysokość: .....
4.	Maksymalna długość instrumentów: 22,8 cm	Maksymalna długość instrumentów: .....
5.	Maksymalny załadunek: 3 kg	Maksymalny załadunek: .....
6.	Temperatura sterylizacji: 126°C	Temperatura sterylizacji: .....
7.	Czas cyklu sterylizacji: 11 minut	Czas cyklu sterylizacji: .....
8.	Całkowity czas procesu: 22 min.	Całkowity czas procesu: .....
9.	Ciśnienie pracy: 1,4 bar	Ciśnienie pracy: .....
10.	Napięcie: 230 V	Napięcie: .....
11.	Moc: 1250 W	Moc: .....
12.	Autoklaw wyposażony jest w kosz na instrumenty, podpórkę kosza oraz chwytak	
13.	Wymagany okres gwarancji: minimum 12 m-cy	Oferowany okres gwarancji: .....

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

**UWAGA !**

**Należy podpisać** zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.