

Wałbrzych, dnia 02.11.2022 r.

DA.2170.34.2022

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia do laboratorium biologiczno-chemicznego Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa”

Zamawiający działając na podstawie zapisów zawartych w Rozdziale V ust. 2 Zaproszenia do składania ofert informuje, że w dniu 02.11.2022 r. wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zaproszenia, na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

Poniżej przesyłam pytania do ww. zapytania ofertowego z prośbą o udzielenie odpowiedzi.
dotyczy zadanie 1 - sprzęt laboratoryjny

dotyczy zadanie 1 - sprzęt laboratoryjny

1. Autoklaw - 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość wewnętrzną kotła wynoszącą 23 cm ?

Pytanie zadane poniżej miało dotyczyć wymiaru wewnętrznego a nie zewnętrznego.

Będę wdzięczna za doprecyzowanie wysokości wewnętrznej, gdyż producent podaje 23 cm a nie 23,6 cm.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na model autoklawu o wysokości wewnętrznej kotła wynoszącej minimum 23 cm.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik nr 3.1.1. – zestawienie parametrów technicznych dla autoklawu, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty wraz z załącznikiem w zmienionym brzmieniu.

Załącznik nr 3.1.1.

<p style="text-align: center;">ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AUTOKLAW</p>
--

Nazwa własna produktu

Producent:.....

Model:

ILOŚĆ: 2 szt.

LP	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓLOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Pojemność komory: 9 l	Pojemność komory:
2.	Wymiary kotła: wysokość: 23 cm; średnica: 21 cm	Wymiary kotła: Wysokość: Średnica:
3.	Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 34 cm; wysokość: 33,5 cm	Wymiary zewnętrzne: Szerokość: Wysokość:
4.	Maksymalna długość instrumentów: 22,8 cm	Maksymalna długość instrumentów:
5.	Maksymalny załadunek: 3 kg	Maksymalny załadunek:
6.	Temperatura sterylizacji: 126°C	Temperatura sterylizacji:
7.	Czas cyklu sterylizacji: 11 minut	Czas cyklu sterylizacji:
8.	Całkowity czas procesu: 22 min.	Całkowity czas procesu:
9.	Ciśnienie pracy: 1,4 bar	Ciśnienie pracy:
10.	Napięcie: 230 V	Napięcie:
11.	Moc: 1250 W	Moc:
12.	Autoklaw wyposażony jest w kosz na instrumenty, podpórkę kosza oraz chwytak	
13.	Wymagany okres gwarancji: minimum 12 m-cy	Oferowany okres gwarancji:

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

UWAGA !

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.