

Wałbrzych dnia 6 kwietnia 2016

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 05.04.2016 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

„DOTYCZY: Pytania do Zamawiającego

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE REHABILITACYJNE z segmentami leża w formie metalowych lameli co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE REHABILITACYJNE o długości całkowitej 1660 mm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE REHABILITACYJNE o szerokości całkowitej 840 mm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE REHABILITACYJNE o regulacji wysokości leża 650-1000 mm?

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE REHABILITACYJNE o wysokości całkowitej 1360 mm?

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻKO SZPITALNE REHABILITACYJNE ze szczytami ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻKO SZPITALNE REHABILITACYJNE z uchwytem ręki i barierkami bocznymi ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻKO REHABILITACYJNE z uchwytem ręki ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻKO REHABILITACYJNE o długości całkowitej 2190 mm?

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻKO REHABILITACYJNE o szerokości całkowitej 1040 mm?

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA o wysokości 880 mm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuści ŁÓŻECZKO SZPITALNE NOWORODKOWE o wymiarach zewnętrznych 1090x510x950 mm i wymiarach wewnętrznych 750x400x210 mm co minimalnie różni się od oczekiwanego?"

ODPOWIADAMY

Ad. 1

Zamawiający dopuści leże z segmentami w formie metalowych lameli.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuści łóżeczka o proponowanej długości.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuści łóżeczka o proponowanej szerokości.

Ad. 4

Zamawiający nie dopuści łóżeczka o proponowanej regulacji wysokości leża.

Ad.5

Zamawiający nie dopuści łóżeczka o proponowanej wysokości całkowitej.

Ad. 6

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne rehabilitacyjne ze szczytami ze stali nierdzewnej.

Ad. 7

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne rehabilitacyjne z uchwytem ręki i barierkami bocznymi ze stali nierdzewnej

Ad. 8

Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z uchwytem ręki ze stali nierdzewnej.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuści łóżka rehabilitacyjnego o proponowanej długości.

Ad. 10

Zamawiający nie dopuści łóżka rehabilitacyjnego o proponowanej szerokości.

Ad. 11

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej o proponowanej wysokości.

Ad. 12

Zamawiający nie dopuści łóżeczka szpitalnego noworodkowego o proponowanych wymiarach.

KANCLERZ

mgr Jan Zwierko