

Wałbrzych dnia 6 kwietnia 2016

DA.2161.2.2016

## WSZYSTYCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 06.04.2016 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **„Zadanie nr 3**

#### **Pytanie 1**

##### **Aparat EKG**

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada poniżej wymienione parametry:

- 1) Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
- 2) Wydruk 3, 4, 6 i 12 przebiegów EKG
- 3) Filtr izolacji 0,05 Hz, 0,10 Hz, 0,25 Hz, 0,50 Hz, 1,50 Hz
- 4) Wymiary (D x S x W): 330 x 270 x 74 mm
- 5) Waga: 3,2 kg

Reszta parametrów wg SIWZ

#### **Pytanie 2**

##### **Cięśniomierz**

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz, który posiada regulowany mankiet w zakresie 24 – 32 cm ?

Reszta parametrów wg SIWZ

#### **Pytanie 3**

##### **Waga lekarska**

Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji co jednocześnie nie wpłynie w żaden sposób na ofertę cenową?

#### **Pytanie 4**

##### **Waga lekarska**

Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, że przy przypadkowym stąpieniu na róg wag nie wywróci się. Platforma luźno położna na pomości i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może dochodzić roszczeń od placówki a

ta ponieść koszty odszkodowania. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową?

#### **Pytanie 5**

##### **Waga noworodkowa**

Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji co jednocześnie nie wpłynie w żaden sposób na ofertę cenową?

#### **Pytanie 6**

##### **Waga noworodkowa**

Dzięki zdejmowanej szalce waga posiada dwie funkcje, praktyczniejsze dla większej ilości pacjentów. Zdejmowana szalka jest prosta w dezynfekcji. Czy zamawiający wymaga aby waga posiadała funkcje ważenie dzieci leżących i stojących? ,,

#### **ODPOWIADAMY**

Ad. 1

Zamawiający dopuści aparat EKG o przedstawionych parametrach.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że uznaje za spełniający wymagania każdy ciśnieniomierz, który posiada regulowany mankieta w zakresie większym niż podany w SIWZ tj od mniej niż 24 cm do więcej niż 36 cm.

Ad. 3

Wymagania w tym zakresie zostały opisane w punkcie 5 załącznika nr 1 do SIWZ.

Ad. 4

Tak, platforma ma być zintegrowana z pomostem.

Ad. 5

Wymagania w tym zakresie zostały opisane w punkcie 5 załącznika nr 1 do SIWZ.

Ad. 6

W opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 Zadanie 3 pozycja 14 widnieje zapis wymagający aby waga umożliwiała ważenie dzieci w pozycji stojącej lub leżącej co przy funkcji zdejmowanej szalki należy interpretować łącznie tj. leżącej i stojącej.

KANCLERZ

*mgr Jan Zwierko*