

Wałbrzych dnia 7 kwietnia 2016

DA.2161.2.2016

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 06.04.2016 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

W związku z pobraniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**dostawa wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских**”; numer sprawy: **DA. 2161.2.2016**, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

### Pytania do SIWZ zadanie nr 1:

#### **Załącznik nr 3.1A – Łóżka dziecięce rehabilitacyjne – 1 sztuka:**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka dziecięce rehabilitacyjne, którego rama wykonana jest z kształowników stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w kolorze RAL 9002?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka dziecięce rehabilitacyjne, które posiada barierki regulowane skokowo w zakresie 930 – 1230 mm, regulacja barierki umożliwia ich zmianę co 75 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka dziecięce rehabilitacyjne, które posiada regulację leża za pomocą mechanizmu zapadkowego?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka dziecięce rehabilitacyjne, które posiada długość całkowitą wynoszącą 1722 mm?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka dziecięce rehabilitacyjne, które posiada szerokość całkowitą wynoszącą 883 mm?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka dziecięce rehabilitacyjne, które posiada regulację leża w zakresie 550 – 886 mm?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka dziecięce rehabilitacyjne, które posiada wysokość całkowitą wynoszącą 1360 mm?

#### **Załącznik nr 3.1B – Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 4 sztuki:**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne rehabilitacyjne, które wyposażone jest w totalny system hamulcowy na każdym z kółek, koła jezdne o średnicy 100 mm?
9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne rehabilitacyjne, które nie posiada autoregresji w segmencie oparcia pleców?
10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada segmenty leża wypełnione lamelami montowanymi na stałe w kolorze leża?

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada szerokość z odbojami wynoszącą 965 mm?
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada szerokość całkowitą z zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącą 970 mm?
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 290 – 835 mm?
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada regulację segmentu oparcia pleców w zakresie  $0^{\circ}$  –  $76^{\circ}$ ?
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada regulację segmentu uda w zakresie  $0^{\circ}$  –  $34^{\circ}$ ?
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada regulację segmentu podudzia w zakresie  $0^{\circ}$  –  $21^{\circ}$ ?
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada regulację kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie  $0^{\circ}$  –  $14^{\circ}$ ?
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne rehabilitacyjne, które posiada regulację kąta przechyłu anty – Trendelenburga w zakresie  $0^{\circ}$  –  $18^{\circ}$ ?

**Załącznik nr 3.1C – Łóżko rehabilitacyjne – 2 sztuki:**

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne, które wyposażone w zewnętrzną ramę?
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne o długości całkowitej 2140 mm?
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej 1050 mm?
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne z kątem odchylenia oparcia pleców  $0^{\circ}$  –  $72^{\circ}$ ?
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne z kątem odchylenia segmentu uda  $0^{\circ}$  –  $40^{\circ}$ ?

**Załącznik nr 3.1D – Szafka przyłóżkowa – 6 sztuk:**

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 400 mm?
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 880 mm?

**Załącznik nr 3.1E – Stolik do przewijania niemowląt – 1 sztuka:**

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do przewijania niemowląt, o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym w kolorze RAL 9003?
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do przewijania niemowląt z blatem stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w tapicerowany materacyk w kolorze popiel i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym?
29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do przewijania niemowląt o szerokości 900 mm?

**Załącznik nr 3.1F – Łóżeczko szpitalne noworodkowe – 1 sztuka:**

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożeczko szpitalne noworodkowe, którego rama wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w kolorze RAL 9002?
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożeczko szpitalne noworodkowe, które posiada kosz wykonany z przezroczystego tworzywa z jednym bokiem uchylnym, co zapewnia większą powierzchnię pielęgnacji noworodka?

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko szpitalne noworodkowe, które posiada wymiary *dłg. x szer.* 800 x 580 mm?
33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko szpitalne noworodkowe, które posiada regulację wysokości w zakresie 880 – 1060 mm?
34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko szpitalne noworodkowe, które posiada wewnętrzne wymiary kosza złożonego wynoszące *dłg. x szer. x głęb.* 940 x 560 x 320 mm?
35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko szpitalne noworodkowe, które posiada wewnętrzne wymiary kosza otwartego wynoszące *dłg. x szer. x głęb.* 940 x 740 x 320 mm?

## **ODPOWIADAMY**

- Ad. 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
- Ad. 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanych wymiarach.
- Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanych wymiarach.
- Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanej regulacji leża.
- Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanej wysokości całkowitej.
- Ad. 8 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez funkcji autoregresji.
- Ad. 10 Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.
- Ad. 11 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanej szerokości.
- Ad. 12 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanej szerokości.
- Ad. 13 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanej długości.
- Ad. 14 Zamawiający dopuszcza łóżko o oferowanej regulacji wysokości leża.
- Ad. 15 Zamawiający dopuszcza łóżko o regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie 0° - 76°.
- Ad. 16 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o regulacji segmentu uda w zakresie 0° - 34°.
- Ad. 17 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o regulacji segmentu podudzia w zakresie 0° - 21°.
- Ad. 18 Zamawiający dopuszcza łóżko o regulacji kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie 0° - 14°.
- Ad. 19 Zamawiający dopuszcza łóżko o regulacji kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 0° - 18°.
- Ad. 20. Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w zewnętrzną ramę.
- Ad. 21 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanej długości.
- Ad. 22 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o oferowanej szerokości.
- Ad. 23 Zamawiający dopuści łóżko z kątem odchylenia pleców 0°-72°.
- Ad. 24 Zamawiający dopuści łóżko z kątem odchylenia segmentu uda 0°-40°.
- Ad. 25 Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 400 mm.
- Ad. 26 Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej o wysokości 880 mm.
- Ad. 27 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad. 28 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad. 29 Zamawiający dopuszcza stolik do przewijania niemowląt o szerokości 900 mm.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad. 32 Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka szpitalnego noworodkowego o oferowanych wymiarach.

Ad. 33 Zamawiający nie wymagał aby produkt posiadał regulację wysokości. Produkt posiadający taką funkcję będzie traktowany jako produkt o wyższych niż minimalne parametrach technicznych.

Ad. 34 Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka szpitalnego noworodkowego o oferowanych wymiarach.

Ad. 35 Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka szpitalnego noworodkowego o oferowanych wymiarach.

  
KANCLERZ  
*mgr Jan Zwierko*