

Wałbrzych dnia 7 kwietnia 2016

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 06.04.2016 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Dotyczy zadanie nr 1 stolik do przewijania niemowląt:

1. Czy Zamawiający dopuści stolik do przewijania niemowląt o wymiarach 900x700x870mm (dł/szer/wys)? Podany wymiar nieznacznie odbiega od wymaganego.
2. Czy Zamawiający dopuści stolik do przewijania niemowląt wyposażony w 4 kółka, w tym 2 z blokadą, co jest rozwiązaniem bardziej funkcjonalnym?

Dotyczy zadanie nr 1 łóżeczko szpitalne noworodkowe:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe o wymiarach zewnętrznych 735x480x950 mm? Podany wymiar nieznacznie odbiega od wymaganego.

Dotyczy zadanie nr 1 łóżeczko dziecięce rehabilitacyjne:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją poręczy bocznych w zakresie 115 – 168cm?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o długość całkowitej 1630mm?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o szerokości całkowitej 800mm?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją leża w zakresie 855 – 1170mm?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko, którego wysokość całkowita wynosi 171,5cm?

Dotyczy zadanie nr 1 łóżka szpitalne rehabilitacyjne:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z odlewu ABS w kolorze białym z kolorową wstawką?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, składanymi wzdłuż ramy leża?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi panelami?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem jednosegmentowym, dopasowanym do leża, umożliwiającym pozycjonowanie segmentów?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 990mm?
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180mm?
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370 – 735mm?
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 – 34°?
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją przechyłów wzdłużnych +/- 15°?

Dotyczy zadanie nr 1 łóżko rehabilitacyjne:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o stalowej konstrukcji, z metalowymi, składanymi wzdłuż ramy barierkami oraz szczytami metalowymi wypełnionymi wkładem z płyty HPL w kolorze drewnopodobnym?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem umieszczonym w ramie, dzięki czemu całość stanowi trwałą i stabilną konstrukcję?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 kołami, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu a dodatkowo jedno koło posiada blokadę kierunkową?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem jednosegmentowym, dopasowanym do leża, umożliwiającym pozycjonowanie segmentów?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130mm?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 970mm?
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0 – 75°?
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 – 45°?

Dotyczy zadanie nr 1 szafka przyłóżkowa:

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z tworzywa w kolorze bieli szpitalnej?
2. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę wysuwaną na prowadnicach ślizgowych oraz drzwiczki zamykane bez zatrząsków magnetycznych?
3. Czy Zamawiający dopuści szafkę z drzwiczkami i szufladami, blatem głównym wykonanymi z tworzywa w kolorze bieli szpitalnej?
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: szerokość 475mm, głębokość 475mm oraz wysokość 810mm?

ODPOWIADAMY

Dotyczy zadanie nr 1 stolik do przewijania niemowląt:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary stolika do przewijania niemowląt.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy zadanie nr 1 łóżeczko szpitalne noworodkowe:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza łóżeczko o oferowanych wymiarach.

Dotyczy zadanie nr 1 łóżeczko dziecięce rehabilitacyjne:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka o oferowanych wymiarach.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza łóżeczko o oferowanych wymiarach.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza łóżeczko o oferowanych wymiarach.

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka z oferowaną regulacją leża.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka z oferowaną wysokością całkowitą.

Dotyczy zadanie nr 1 łóżka szpitalne rehabilitacyjne:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza łóżka z jednosegmentowym materacem.

Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o proponowanej szerokości.

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza łóżka o proponowanej długości.

Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza łóżka z regulacją wysokości w proponowanym zakresie.

Ad. 9 Zamawiający nie dopuści łóżka z oferowaną regulacją segmentu uda.

Ad. 10 Zamawiający dopuści łóżko z oferowaną regulacją przechyłów wzdłużnych.

Dotyczy zadanie nr 1 łóżko rehabilitacyjne:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza łóżka z jednosegmentowym materacem.

Ad. 5 Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości.

Ad. 6 Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości.

Ad. 7 Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0⁰-75⁰.

Ad. 8 Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0⁰-45⁰.

Dotyczy zadanie nr 1 szafka przyłóżkowa:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza szafkę o proponowanych wymiarach.

KANCLERZ

mgr Jan Zwierko