

Wałbrzych dnia 8 kwietnia 2016

DA.2161.2.2016

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 07.04.2016 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

„Pytania dotyczące Zadania nr 4 –Meble :

- 1.Czy Zamawiający może określić ilość szuflad szafki lekarskiej stanowiącej przedmiot zamówienia w załączniku 3.4B?
- 2.Czy Zamawiający dopuści parawan teleskopowy mobilny z podstawą jezdnią wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- 3.Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówki o pięcioramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej?

Uprzejmie proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania pytań”

ODPOWIADAMY

Ad. 1

W załączniku 3.4B błędnie wskazano opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Zadania nr 4 pozycja nr 2 Szafa lekarska w następujący sposób:
W odnośniku piątym wykreśla się wyrazy „do szuflad i”.
W związku z powyższym prawidłowy opis przedmiotu zamówienia dla tej pozycji brzmi następująco:
Dane techniczne
 - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL 9006
 - wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej kolor biały np. U8681 – struktura gładka - półpołysk
 - nóżki wysokości 10 mm, z możliwością wypoziomowania

- drzwi przeszkłone dzielone na część górną i dolną otwierane niezależnie - szkło bezpieczne o grubości 4 mm, osadzone w ramie z anodowanego aluminium
 - uchwyty do drzwi w kolorze stelaży
 - zamek do drzwi w części górnej i dolnej
 - Wymiary [mm]: 510 x 550 x 1950[dł x szer x wys] +/- 20 mm
2. W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega załącznik 3.4 B, który przyjmuje następujące brzmienie:

załącznik nr 3.4B

SZAFKA LEKARSKA

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 3 szt.

LP	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9006	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej kolor biały np. U8681 – struktura gładka - półpołysk	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Nóżki wysokości 10 mm, z możliwością wypoziomowania	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Drzwi przeszkłone dzielone na część górną i dolną otwierane niezależnie - szkło bezpieczne o grubości 4 mm, osadzone w ramie z anodowanego aluminium	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Uchwyty do drzwi w kolorze stelaży	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Zamek do drzwi	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Wymiary: 510 x 550 x 1950[dł x szer x wys] +/- 20mm	Wymiary

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2016r

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza parawany z podstawą jezdnią wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza stojak do kroplówki o podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej.

KANCLERZ

mgr Jan Zywierko