

Wałbrzych dnia 8 kwietnia 2016

DA.2161.2.2016

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 08.04.2016 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

„Proszę o wyjaśnienia treści SIWZ

Zadanie nr 3

Pozycja 17

Cewnik urologiczny Nelaton Ch-12

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu cewnik Nelaton CH-12 o długości 400mm

Jest to standardowa długość, stosowana na terenie Unii Europejskiej dla cewników tego typu.

Nie są produkowane cewniki typu Nelaton ,o długości 440mm jak podano w treści SIWZ

Zadanie 3

Pozycja nr 24

Proszę o sprecyzowanie jakiego rozmiaru cewnika silikonowego typu Foley wymaga zaoferowania

Zamawiający.

Cewniki silikonowe typu Foley występują w rozmiarach:

CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-8, CH-10, CH-12, CH-14, CH-16, CH-18, CH-20, CH-22, CH-24

Cewnik typu Foley nie występuje w rozmiarze CH-1 jak podano w treści SIWZ.”


ODPOWIADAMY

Ad. 1

Zamawiający dopuści cewnik o długości 400 mm

Ad. 2

Zamawiający wymaga dostarczenia cewnika typu Foley w rozmiarze CH-10

KANCLERZ

mgr Jan Zwierno