

Wałbrzych, 01.08.2018 r.

DA.2161.6.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: „**Dostawa wyposażenia laboratorium biologiczno-chemicznego**”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 31.07.2018 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 w postępowaniu nr DA.2161.6.2018 pn. „Dostawa wyposażenia laboratorium biologiczno-chemicznego”.

- 1) Czy Zamawiający poprzez określenie stelaża typu A z rur stalowych, ma na myśli profil stalowy zamknięty o wymiarze 30x30x2 mm?
- 2) Czy Zamawiający dopuści również taborety o parametrach opisanych w przedmiocie zamówienia, ale o wymiarze średnicy podstawy 600 mm oraz regulacji wysokości w zakresie 560-690 mm?

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyjaśnia, że w użytym określeniu „stelaż typu A” chodzi o system o profilu stalowym zamkniętym zbudowany na bazie stelaża typu A. Materiał tworzy atestowana rura stalowa o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. Zamawiający informuje, że zaproponowany przez Wykonawcę profil stalowy zamknięty o wymiarze 30x30x2 mm spełni wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że dopuści taborety o wymiarze średnicy podstawy minimum 600 mm oraz regulacji wysokości w zakresie 560-690 mm.

KANCLERZ
mgr Jan Zwierko