

Zamawiający:  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  
ul. Zamkowa 4  
58 – 300 WAŁBRZYCH  
tel. /fax. 074 641 – 92 - 00 / 074 641 – 92-02

---

Nr: DA.2170.3.2019


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły  
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”**

Sporządził/a:

SPECJALISTA  
  
mgr Beata Mierzejewska


Zatwierdził:

KANCLERZ  
  
mgr Rafał Pszczolarski  
29.06.2019

prawidłowo pod względem formalno-prawnym

ADWOKAT  
Barbara Tumidalska - Człapa

dn: \_\_\_\_\_  

## **1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM**

1.1 Zamawiającym jest **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu**

**Adres:** ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

**Tel:** 074 641-92-00

**Regon:** 891041167 **NIP:** 886-24-76-667

1.2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w zakładce „Zamówienia Publiczne” na stronie internetowej pod adresem [www.bip.pwsz.com.pl](http://www.bip.pwsz.com.pl)

1.3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Beata Mierzejewska, telefon kontaktowy: 74 641 92 18, e-mail: [przetargi@pwsz.com.pl](mailto:przetargi@pwsz.com.pl)

## **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych Ustawą, przepisami ustawy – Kodeks cywilny.

2.2 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4 Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2.5 Zgodnie z art. 14 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

## **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

3.1 Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33100000-1 – urządzenia medyczne

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

39162100-6 – pomoce dydaktyczne

33196000-0 - pomoce medyczne

38000000-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

### **3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Doposażone zostaną następujące pracownie:

- Pracownia umiejętności pielęgniarstwa
- Pracownia kosmetyczna
- Pracownia technik dentystycznych
- Pracownia fizjoterapii
- Laboratorium biologiczno-chemiczne

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z umową nr MNISW/2019/211/DIR/DID z dnia 27.05.2019 r. pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

3.3 Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania:

**ZADANIE NR 1** - przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1 jest dostawa profesjonalnych urządzeń do **pracowni kosmetycznej**, których zestawienie oraz szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr **6.1.1 do 6.1.6.** do niniejszej SIWZ.

**ZADANIE NR 2** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 2 jest dostawa **urządzeń laboratoryjnych do laboratorium biologiczno-chemicznego** dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr **6.2.1 do 6.2.2.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 3** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 3 jest dostawa **urządzeń laboratoryjnych do laboratorium biologiczno-chemicznego** dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr **6.3.1 do 6.3.3.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 4** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 4 jest dostawa chłodziarki mikrobiologicznej **do laboratorium biologiczno-chemicznego** dla której szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr **6.4.1.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 5** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 5 jest dostawa medycznej aparatury do terapii Tecar do **pracowni fizjoterapii** dla której szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr **6.5.1** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 6** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 6 jest dostawa aparatury do pracowni fizjoterapii dla której szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr **6.6.1. do 6.6.2.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 7** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 7 jest dostawa trenażera oddechowego na potrzeby **pracowni fizjoterapii** dla której szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr **6.7.1.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 8** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 8 jest dostawa podnośnika transportowo-kąpielowego do **pracowni umiejętności pielęgniarstwa** dla którego szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr **6.8.1.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 9** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 9 jest dostawa modelu faz porodu do **pracowni umiejętności pielęgniarstwa** dla którego szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr **6.9.1** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 10** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 10 jest dostawa fantomów do **pracowni umiejętności pielęgniarstwa** dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr **6.10.1 do 6.10.2.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 11** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 11 jest dostawa modeli do **pracowni technik dentystycznych** dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr **6.11.1. do 6.11.3.** do niniejszej SIWZ

**ZADANIE NR 12** – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 12 jest dostawa urządzeń do **pracowni technik dentystycznych** dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr **6.12.1. do 6.12.7.** do niniejszej SIWZ

Podane w zestawieniach parametry stanowią parametry minimalne jakie musi posiadać przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna oferowany przez Wykonawcę sprzęt za spełniający wymagania Zamawiającego, jeżeli parametry techniczne będą równe lub wyższe od podanych poniżej. Zamawiający informuje, że po dostawie przedmiotu zamówienia, a przed podpisaniem protokołu odbioru dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego sprzętu z minimalnymi parametrami określonymi w SIWZ, zgodności z ofertą Wykonawcy oraz dokona oceny wizualnej pod kątem potencjalnych uszkodzeń. Jeżeli w toku odbioru okaże się, że dostarczony sprzęt nie spełnia choćby jednego z parametrów minimalnych opisanych poniżej, bądź posiada widoczne uszkodzenia bądź wady, Zamawiający odmówi jego przyjęcia, a obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie sprzętu zgodnego z wymaganiami SIWZ.

3.4 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia, urządzeń i

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w niniejszej dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego wyposażenie, urządzenia i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.5 Maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji na każde urządzenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 wynosi 24 miesiące, dla zadania nr 9 – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Minimalny okres gwarancji **nie może być krótszy niż 12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oferowany okres gwarancji podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 20.1 SIWZ. Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy.

3.6 Wszystkie dostarczone w ramach realizacji zamówienia sprzęty, wyposażenie i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego spełniać wymogi obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia, o ile są wymagane.

#### **4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujących terminach:

- Dla zadania nr 1 do 30 dni
- Dla zadania nr 2 do 60 dni
- Dla zadania nr 3 do 30 dni
- Dla zadania nr 4 do 60 dni
- Dla zadania nr 5 do 30 dni
- Dla zadania nr 6 do 30 dni
- Dla zadania nr 7 do 30 dni
- Dla zadania nr 8 do 30 dni
- Dla zadania nr 9 do 30 dni
- Dla zadania nr 10 do 30 dni
- Dla zadania nr 11 do 60 dni
- Dla zadania nr 12 do 60 dni

#### **5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 pkt.1
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt.2:

5.2 Warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 1 lit.b dotyczą:

- a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- c) **zdolności technicznej lub zawodowej.**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert wstecz, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż:

- dla zadania nr 1 - 90 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 2 – 90 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 3 – 15 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 4 – 5 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 5 – 45 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 6 – 22 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 7 - 2 500,00 zł brutto
- dla zadania nr 8 – 3 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 9 – 1 500,00 zł brutto
- dla zadania nr 10 – 18 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 11 – 8 000,00 zł brutto
- dla zadania nr 12 – 81 000,00 zł brutto

5.3 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

- Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

## **6 POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH WYKONAWCÓW**

6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 6.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 6.4 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
- 6.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego zdolności powołuje się Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.2.

## **7 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

- 7.1 Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
- 7.1.1 wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ
  - 7.1.2 wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ
  - 7.1.3 wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 3 do SIWZ
  - 7.1.4 pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
- 7.2 **Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej [www.bip.pwsz.com.pl](http://www.bip.pwsz.com.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekażą Zamawiającemu bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.** Wykonawca w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie składa oświadczenia jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. **UWAGA: Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy nie należy dołączać do oferty.**
- 7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwe Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
- 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia **aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i**

**informacji i działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 2) W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych oferowanego sprzętu Zamawiający wymaga złożenia wypełnionych załączników: dla zadania nr 1: 6.1.1 do 6.1.6, dla zadania nr 2: 6.2.1 do 6.2.2, dla zadania nr 3: 6.3.1 do 6.3.3, dla zadania nr 4: 6.4.1, dla zadania nr 5: 6.5.1, dla zadania nr 6: 6.6.1 do 6.6.2, dla zadania nr 7: 6.7.1, dla zadania nr 8: 6.8.1, dla zadania nr 9: 6.9.1 dla zadania nr 10: 6.10.1 do 6.10.2, dla zadania nr 11: 6.11.1 do 6.11.3., dla zadania nr 12: 6.12.1 do 6.12.7, do SIWZ odpowiednio dla każdego zadania na które Wykonawca składa ofertę.
- 3) Pisemne zobowiązanie podmiotów, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego.

7.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) zamieszcza w oświadczeniach o których mowa w pkt. 7.1.2 i 7.1.3 informacje o tych podmiotach potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby
- 2) zobowiązany będzie w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia o których mowa w punkcie 7.3.1), 7.3.3) w zakresie w jakim powołuje się na spełnienie warunków z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 8 i 9 niniejszej SIWZ

7.5 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są podmiotami o których mowa w pkt. 7.4 a są znani Wykonawcy na etapie składania ofert:

- 1) zamieszcza w oświadczeniach o których mowa w pkt. 7.1.2 i 7.1.3 informacje o podwykonawcach potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

7.6 Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

7.7 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1.2 i 7.1.3 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.8 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt. 7.3.1 Zamawiający pobierze samodzielnie z bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz.700).

7.9 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach



wyszczególnionych w pkt 7.3, 7.4, 7.5 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

## **8 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY LUB OSOBY SPOZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

- 8.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 7.3.1 składa lub wskazuje dostępność dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do organów odpowiednich miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

## **9 FORMA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ**

- 9.1 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli
- a) wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700) W takim przypadku, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
  - b) Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne.
- 9.2 Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców należy przedstawić w oryginale.
- 9.3 Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 późn. zm.), a które są żądane w niniejszym postępowaniu, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- 9.4 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 9.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 9.6 **Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.**

## **10 OFERTA KILKU WYKONAWCÓW - KONSORCJUM**

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współwykonawców) wchodzących w skład jednego konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

- 10.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania a pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty w oryginale.
- 10.2 Każdy ze współwykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.2, 7.1.3., 7.2, 7.3.1.
- 10.3 Dokumenty o których mowa w pkt 7.3.2)-7.3.3) składa odpowiednio ten współpartner, który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2.
- 10.4 Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów
- 10.5 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
- 10.6 Wypełniając formularze ofertowe, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie dane pełnomocnika,
- 10.7 W przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokument ten winien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
- 10.8 Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o przyznanie zamówienia Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **11 PODWYKONAWSTWO**

- 11.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 11.2 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Prawo zamówień publicznych żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw, o ile są znane.
- 11.3 Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom, wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (Podwykonawcą),

- 11.4 Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie.

## **12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

- 12.1 Wykonawcy składają ofertę w formie pisemnej na która składają się dokumenty wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ.
- 12.2 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia: **„Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”**
- 12.3 Opakowanie powinno zawierać dane teleadresowe Wykonawcy.
- 12.4 W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika konsorcjum.
- 12.5 W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
- 12.6 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
- 12.7 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.
- 12.8 Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
- 12.9 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 12.10 Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, jak i ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. W związku z tym Wykonawcy powinni stale monitorować stronę internetową w Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotowym postępowaniem.
- 12.11 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku.
- 12.12 Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczętką imienną) przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty, lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- 12.13 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę,
- 12.14 Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. Złożone przez Wykonawców załączniki do oferty muszą być zgodne w treści z dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.
- 12.15 Zakres usług, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami obowiązków wynikających z SIWZ i umowy.
- 12.16 Zamawiający zaleca aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia.
- 12.17 Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
- 12.18 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie odrzucona (art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia w tym zapisów projektu umowy po terminie otwarcia ofert.

### **13 ZMIANA/WYCOFANIE OFERTY**

- 13.1 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej.
- 13.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenia „ZMIANA/ WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty, dokonać zmian po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

### **14 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

- 14.1 Kwota podana przez Wykonawcę w druku „Oferta” za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wartością niezmienną za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w umowie.
- 14.2 Łączna wartość brutto podana w druku „Oferta” zawiera w sobie cenę za całość przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dla wyszczególnionych urządzeń w zadaniu nr 1, 2, 6 i 12 cena zawiera również szkolenie. Wszelkie upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
- 14.3 W całkowitej cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, jak również inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
- 14.4 Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do podania stawki procentowej VAT jaką doliczył do ceny netto.
- 14.5 Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- 14.6 Cenę oferty należy podać w polskich złotych netto i brutto.

- 14.7 Cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi wartość brutto wraz z podatkiem VAT podana formularzu ofertowym.
- 14.8 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia w walutach obcych.
- 14.9 Płatność na rzecz Wykonawcy dokonywana zostanie w formie przelewu na podstawie FV w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania FV przez Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru.
- 14.10 Zamawiający informuje zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2191) o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, że jego identyfikator na Platformie Elektronicznego Fakturowania to 8862476667.
- 14.11 Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
- 14.12 Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polski Wykonawca może podać cenę netto. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług (VAT).

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z obowiązkami wynikającymi z realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

## **15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

- 15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 16.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **17 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

- 17.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 17.2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 17.3 Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

## **18 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 18.1 Oferty należy składać w siedzibie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4, pok. nr 301 w terminie do dnia **09.09.2019 r. do godz. 10.00.** Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania
- 18.2 W niniejszym postępowaniu składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem pośtańca.

- 18.3 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 18.4 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
- 18.5 Ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 18.6 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1637, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie ( art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ).
- 18.7 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4, pok. nr 110 w dniu **09.09.2019 r. o godz. 10.15.**
- 18.8 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 18.9 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
- 18.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), oraz cenę ofertową i inne dane określone w art. 86 ust. 4 ustawy.
- 18.11 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie [www.bip.pwsz.com.pl](http://www.bip.pwsz.com.pl) informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 18.12 W części niejawnej posiedzenia komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia.

## **19 POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM**

- 19.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), za pośrednictwem posłańca lub pocztą elektroniczną.

- 19.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, będzie przekazywana Wykonawcom w formie pisemnej bezpłatnie na ich wniossek.
- 19.3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.pwsz.com.pl](http://www.bip.pwsz.com.pl) z zaznaczeniem nazwy postępowania.
- 19.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego będą udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod w/w adresem . Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się ze wszelkimi informacjami i ewentualnymi zmianami dotyczącymi prowadzonego postępowania.
- 19.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres podany w części 1 niniejszej SIWZ drogą elektroniczną na adres: [przetargi@pwsz.com.pl](mailto:przetargi@pwsz.com.pl), za wyjątkiem oferty, umowy oraz dokumentów o których mowa w pkt.7 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania dokumentów jak również na żądanie stron będą niezwłocznie potwierdzane na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonych terminów. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
- 19.6 **Wyjaśnienie treści SIWZ:**
  - 19.6.1 Wykonawca może zwrócić się na adres Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dokumentacji przetargowej. Zapytania należy kierować pisemnie na adres podany w części 1 niniejszej SIWZ drogą elektroniczną na adres: [przetargi@pwsz.com.pl](mailto:przetargi@pwsz.com.pl). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 19.6.2. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
  - 19.6.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynię do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego w pkt. 18.1 niniejszej specyfikacji terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  - 19.6.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 18.1 po upływie którego, Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
  - 19.6.4 Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami
  - 19.6.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 19.7 **Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**
  - 19.7.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonań w ten sposób

modyfikację Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz prześle niezwłocznie wszystkim znanym sobie wykonawcom.

19.7.2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

19.7.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin, składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

#### **19.8 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:**

19.8.1 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa. Ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

19.8.2 Po dokonaniu ww. czynności komisja przystąpi do oceny oferty najwyższej ocenionej na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ

19.8.3 Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

19.8.4 Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona a który w określonym terminie nie złożył oświadczeń o których mowa w pkt.7.1.2 i 7.1.3 oświadczenia te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do złożenia ich, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

19.8.5 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19.8.6 Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

19.8.7 Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów o których mowa w pkt.7.3 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni.

19.8.8 Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów lub/i oświadczeń o którym mowa w pkt 19.8.8 oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia,



uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- 19.8.9 Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert w danym zadaniu, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
- a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. 2015r, Dz.U. poz.2018 poz.2177
  - b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
  - c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu gdzie zamówienie jest realizowane
  - d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska
  - e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

19.8.10 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

19.9 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.10 Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej z której pobrali SIWZ w celu sprawdzania czy w postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na postępowanie.

## **20 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT**

20.1 Za ofertę najkorzystniejszą w zadaniu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

### **a) KRYTERIUM NR 1 Cena oferty – C**

Przy ocenie kryterium Cena oferty „C” najwyżej punktowana będzie oferta oferująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniej punktów po przeliczeniu według wzoru przypisanego dla tego kryterium.

Sposób oceny oferty dla kryterium cena oferty

$$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt.}$$

### b) KRYTERIUM NR 2 Termin gwarancji – G

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na każde z urządzeń będących przedmiotem zamówienia dla każdego z zadań. W związku z tym wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy i nie dłuższej niż 36 miesięcy. Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesiące i dłuższy niż 36 miesięcy.

- Dla zadania nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 i 12 przy ocenie kryterium Termin gwarancji „G” najwyżej punktowana będzie oferta oferująca maksymalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji zostanie on oceniony według poniższego wzoru przypisanego dla tego kryterium

$$G = \frac{\text{Liczba miesięcy terminu gwarancji w ofercie ocenianej}}{24 \text{ miesiące (limit okresu gwarancji ustalony przez Zamawiającego)}} \times 20 \text{ pkt}$$

- Dla zadania nr 9 przy ocenie kryterium Termin gwarancji „G” najwyżej punktowana będzie oferta oferująca maksymalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji zostanie on oceniony według poniższego wzoru przypisanego dla tego kryterium

$$G = \frac{\text{Liczba miesięcy terminu gwarancji w ofercie ocenianej}}{36 \text{ miesiące (limit okresu gwarancji ustalony przez Zamawiającego)}} \times 20 \text{ pkt}$$

### c) KRYTERIUM NR 3 -Termin dostawy – D.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w terminach:

- Dla zadania nr 1,3,5,6,7,8,9,10 – maksymalnie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy. Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. Pozostałe oferty ocenione zostaną według wzoru:

$$D = \frac{\text{Najkrótszy termin dostawy}}{\text{Termin dostawy oferty badanej (nie dłuższy niż 30 dni)}} \times 20 \text{ pkt}$$

- Dla zadania nr 2,4,11,12 – maksymalnie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy. Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. Pozostałe oferty ocenione zostaną według wzoru:

$$D = \frac{\text{Najkrótszy termin dostawy}}{\text{Termin dostawy oferty badanej (nie dłuższy niż 60 dni)}} \times 20 \text{ pkt}$$

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował odpowiednio dla zadania nr 1,3,5,6,7,8,9,10 - 30- dniowy lub dla zadania nr 2,4,11,12 - 60- dniowy termin dostawy i przydzieli odpowiednią liczbę punktów.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Maksymalna liczba punktów
Cena oferty (C)	60%	60
Termin gwarancji (G)	20%	20
Termin dostawy (D)	20%	20
RAZEM	100%	100

## **21 OFERTA NAJWYŻEJ OCENIONA**

21.1 Za najwyżej ocenioną uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z poniższym wzorem:

$$L = C + G + D$$

gdzie:

- L – całkowita liczba punktów,
- C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty”,
- G – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji”
- D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

21.2 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

21.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

21.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). Jeżeli oferty zawierają takie same ceny Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

21.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

## **22 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

22.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

22.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- 22.3 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
- 22.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na ręce Zamawiającego harmonogramu rzeczowo finansowego.

### **23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY**

- 23.1 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
- 23.2 Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w następującym zakresie:
- 1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
  - 2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego umowie z zastrzeżeniem w przypadku zmiany:
    - a) stawki podatku od towarów i usług (VAT)

### **24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.**

- 24.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
- 24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **25. INNE POSTANOWIENIA SIWZ**

- 25.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście lub dwanaście wybranych przez siebie zadań.
- 25.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 25.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
- 25.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
- 25.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**OFERTA**  
**DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIIUSA**  
**W WAŁBRZYCHU SKŁADANA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**POD NAZWĄ**

**Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły  
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu**

1. **WYKONAWCA** - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

.....  
NIP/PESEL ....., REGON .....

adres.....

województwo .....tel. ....

e-mail: .....

(adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej .....

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem<sup>1</sup> :

**TAK**

**NIE**

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, dotyczącym zadania „Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” przedkładając niniejszą ofertę oświadczamy, że znany jest nam i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia, zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oferujemy wykonanie dostawy dla zadania nr ..... za następującym ryczałtowym wynagrodzeniem:

<sup>1</sup> Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X. Zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE **mikroprzedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; **małe przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; **Średnie przedsiębiorstwa**: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

### 2.1. Zadanie nr 1\*

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Infuzja tlenowa		1		.....%	
2	Medyczny laser		1		.....%	
3	Urządzenie do mezoterapii mikropenetracja/nawilżanie		1		.....%	
4	Urządzenie- oczyszczanie wodorowe 6w1		1		.....%	
5	Urządzenie do kompletnej pielęgnacji skóry: złuszczenie warstw naskórka, wchłanianie składników rewitalizujących skórę, dotlenienie skóry od wewnątrz		1		.....%	
6	Urządzenie do karboksyterapii		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

### 2.2. Zadanie nr 2\*

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Spektrofotometr UV-VIS		1		.....%	
2	Spektrofluorymetr		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

\*) wypełnić tylko tabele dotyczące zadania, na które składana jest oferta. Pozostałe tabele przekreślić lub zostawić niewypełnione.

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

**2.3. Zadanie nr 3\***

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Inkubator laboratoryjny		1		.....%	
2	Autoklaw mikrofalowy		1		.....%	
3	Miniwirówka		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

**2.4. Zadanie nr 4\***

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Chłodziarka mikrobiologiczna		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

\*) wypełnić tylko tabele dotyczące zadania, na które składana jest oferta. Pozostałe tabele przekreślić lub zostawić niewypełnione.

### 2.5. Zadanie nr 5\*

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Medyczna aparatura do terapii Tecar		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

### 2.6. Zadanie nr 6\*

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Aparat do elektrolizy przezskórnej		1		.....%	
2	Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

\*) wypełnić tylko tabele dotyczące zadania, na które składana jest oferta. Pozostałe tabele przekreślić lub zostawić niewypełnione.



**2.7. Zadanie nr 7\***

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Trenażer oddechowy		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

**2.8. Zadanie nr 8\***

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Podnośnik transportowo-kąpielowy		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

**2.9. Zadanie nr 9\***

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Model - fazy porodu		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

\*) wypełnić tylko table dotyczące zadania, na które składana jest oferta. Pozostałe table przekreślić lub zostawić niewypełnione.

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

#### 2.10. Zadanie nr 10\*

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Pośladek – symulator iniekcji domięśniowych		1		.....%	
2	Głowa noworodka do wykonywania nakłuć		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

#### 2.11. Zadanie nr 11\*

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Ortodontyczny model szczęki górnej		1		.....%	
2	Model szczęki do nauki implantologii		1		.....%	
3	Model czaszki		1		.....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.

\*) wypełnić tylko tabele dotyczące zadania, na które składana jest oferta. Pozostałe tabele przekreślić lub zostawić niewypełnione.

- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

### 2.12. Zadanie nr 12\*

L.P.	Nazwa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT%	Wartość brutto
1	Zgrzewarka punktowa		1		....%	
2	Palnik wodorotlenowy		1		....%	
3	Palnik gazowy		3		....%	
4	Fixator ortodontyczny		8		....%	
5	Frezarka		1		....%	
6	Waga elektroniczna		4		....%	
7	Wtryskarka		2		....%	
<b>Łączna wartość brutto</b>						

- ✓ Wartość brutto słownie ..... zł
- ✓ Oferujemy ..... miesięcy gwarancji na każdy przedmiot będący przedmiotem zamówienia.
- ✓ Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ..... dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
5. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw. podmiotów<sup>2</sup>:
- 1) .....  
(nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt .....<sup>3</sup> SIWZ

\*) wypełnić tylko tabele dotyczące zadania, na które składana jest oferta. Pozostałe tabele przekreślić lub zostawić niewypełnione.

<sup>2</sup> Skreślić jeżeli nie dotyczy

<sup>3</sup> Podać odpowiedni nr warunku spośród wymienionych w pkt. ....(np. 5.2b), 5.2c)

2) .....  
(nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt .....<sup>3</sup>SIWZ;

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy<sup>4</sup> :

- samodzielnie  przy udziale nw. Podwykonawców<sup>5</sup> :

1) .....  
(nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:

- .....

2) .....  
(nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:

- .....

3) (...)

7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Informujemy, że<sup>6</sup>

wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w następującym zakresie:

nazwa towaru (rodzaj)/ usługi:                      wartość bez kwoty podatku VAT:

10. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ;

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika 2 do SIWZ;

3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika 3 do SIWZ

4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;

<sup>4</sup> Zaznaczyć właściwe przez wpisanie symbolu X

<sup>5</sup> W tym podmioty o których mowa w pkt 5 oferty, na zdolnościach których Wykonawca polega w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli będą występować w charakterze podwykonawców.

<sup>6</sup> Zaznaczyć właściwe przez wpisanie symbolu X

**12.** Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

Ofertę sporządzono dnia .....

.....  
Podpis Wykonawcy lub upetnomocnionego przedstawiciela

---

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Zamawiający:**  
**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa**  
**im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu**  
**ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych**

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w punkcie 5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

(podpis)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w punkcie 5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....

w następującym zakresie: .....  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Zamawiający:  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych .
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych .

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)



**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE**

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DA.2170.3.2019 pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”

ja/my imię nazwisko) .....

reprezentując firmę (nazwa firmy).....

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że<sup>7</sup> :

- nie należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
- należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty w skład której wchodzi:

L.p.	Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
------	--

1.

2.

3.

W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

<sup>7</sup> Wybrać właściwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X

Nazwa firmy (wykonawcy): .....

Adres wykonawcy: .....

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DA.2170.3.2019 pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” przedstawiam/ my:

**WYKAZ**

zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert wstecz, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Lp.	Przedmiot dostawy	Nazwa i adres odbiorcy	Termin realizacji dostawy	Wartość brutto dostawy
1				
2				
3				

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

<b>INFUZJA TLENOWA</b>
------------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Dane prądowe: 230V~,60Hz, 1,9A 220-230V~, 50Hz, 1,55 A	Dane prądowe.....
2.	Tempo dostarczania: 0,5-5 l/min.	Tempo dostarczania.....
3.	Maksymalny przepływ 5l/min.	Maksymalny przepływ.....
4.	Maksymalne ciśnienie wylotu: 146kPa	Maksymalne ciśnienie wylotu.....
5.	Ilość procentowa tlenu:1-5 l/min.=93%±3%	Ilość procentowa tlenu.....
6.	Zakres czynników środowiskowych: Temp. 5-35°C wilgotność 10-90%	Zakres czynników środowiskowych.....
8.	Waga urządzenia: 16,3 kg	Waga urządzenia .....
9.	Poziom dźwięku: <40dBA (50Hz)	Poziom dźwięku.....
10.	Wymiary 62,2cmwys.x34,2cm szer.x30,4cm gł.	Wymiary.....
11.	Zawór zwalniający ciśnienia 276kPa±34,5kPa	Zawór zwalniający ciśnienia.....
12.	Przełącznik ciśnieniowy	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
13.	Podwójna izolacja IPX0	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....,dnia .....2019 r.

<b>MEDYCZNY LASER</b>
-----------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Typ lasera: Q-Switch Nd; YAG Laser	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Długość fal lasera:1064, 532 oraz 1320nm	Długość fal lasera.....
3.	Moc impulsu:100-1000mj	Moc impulsu.....
4.	Długość impulsu:3ms	Długość impulsu.....
5.	Rozmiar plamki: 1-8mm (regulowany)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Częstotliwość: 1-10 (regulowana)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Ekran: kolorowy, dotykowy 8 calowy wyświetlacz	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Napięcie:100-240V	Napięcie.....
9.	Wymiary: 38x32x48cm	Wymiary.....
10.	Waga urządzenia: 25kg	Waga urządzenia.....

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....,dnia .....2019 r.

## URZĄDZENIE DO MEZOTERAPII MIKROPENETRACJA/NAWILŻANIE

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓLOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Elektroporacja poziom 1-5	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Głębokość penetracji poziom 1-5	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Poziom dawkowania poziom 1-5	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Częstotliwość 1-5Hz	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Presetting	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Zestaw zawiera mikroczip z mikroigłą model F i H	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Długość mikroigły 0,5mm	Długość mikroigły.....
8.	Średnica mikroigły 0,1mm	Średnica mikroigły.....
9.	Średnica mikrokanалу 0,05mm	Średnica mikrokanалу.....
10.	Wymiary urządzenia 30,2x27,2x12,6cm	Wymiary urządzenia.....
11.	Waga urządzenia: 2,5 kg	Waga urządzenia.....
12.	Dodatkowo zestaw zawiera po 50 sztuk kartridży F i H	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....dnia .....2019 r.

## URZĄDZENIE- OCZYSZCZANIE WODOROWE 6W1

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Dodatnie ciśnienie 4-5Kg/m <sup>2</sup>	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Moc 350W	Moc.....
3.	Technologia RF multipolarny i bipolarny	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Hydrodermabrazja ciśnienie 90 kPa przy przepływie 30l	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Zimny i gorący młotek 0-45°C	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Wyświetlacz LED 7 cali	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Obszary zabiegowe Twarz/Szyja/Ciało	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Wymiary urządzenia 50x47x41 cm	Wymiary urządzenia.....

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....,dnia .....2019 r.

**URZĄDZENIE DO KOMPLETNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY:ZŁUSZCZENIE WARSTW NASKÓRKA,  
WCHŁANIANIE SKŁADNIKÓW REWITALIZUJĄCYCH SKÓRĘ, DOTLENIENIE SKÓRY OD WEWNĄTRZ**

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Moc 100w	Moc.....
2.	Technologia Multipolarny RF+wibracje	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Energia 1-100J	Energia.....
4.	Tryb wibracyjny 1-10MHz	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Wyświetlacz dotykowy LED	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Obszary zabiegowe Twarz/Szyja/Ciało	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Wymiary 50x47x41cm	Wymiary.....

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....,dnia .....2019 r.



## URZĄDZENIE DO KARBOKSYTERAPII

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Przepływ CO2 1-150cc/min	Przepływ CO2.....
2.	Dawka CO2 1-3000cm3	Dawka CO2.....
3.	Podgrzewanie gazu podwójne zewnętrzne i wewnętrzne	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Automatyczne odpowietrzanie systemu	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Hybrydowy system filtracji	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Asystor	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Butla z medycznym CO2	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Zestaw zawiera pakiet startowy na 30 zabiegów	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....,dnia .....2019 r.

## SPEKTROFOTOMETR UV-VIS

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Zakres pracy: co najmniej 190-1100 nm.	Zakres pracy: ..... nm
2.	Szerokość spektralną szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm.	Szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż ..... nm w zakresie .....
3.	Wyświetlanie i nastawianie długości fali co najmniej co $\pm 0.1$ nm.	Wyświetlanie i nastawianie długości fali co najmniej co .....nm.
4.	Monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Siatka dyfrakcyjna, holograficzna, minimum 1200 linii/mm.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Dokładność długości $\pm 0.05$ nm lub lepiej.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Poziom światła rozproszonego co najwyżej 0.01% (340 nm, NaNO <sub>2</sub> ).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Powtarzalność długości fali nie więcej niż $\pm 0.1$ nm.	Powtarzalność długości fali nie więcej niż .....nm.
9.	Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej -4 do 4, transmitancja co najmniej 0.0-400%.	Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej ....., transmitancja co najmniej .....
10.	Dokładność fotometryczna minimum $\pm 0.0025$ Abs (przy 1.0 Abs).	Dokładność fotometryczna minimum ..... (przy 1.0 Abs).
11.	Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż $\pm 0.0001$ Abs (przy 1.0 Abs).	Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ..... Abs (przy 1.0 Abs).
12.	Stabilność linii bazowej: co najwyżej 0.0003 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od uruchomienia aparatu).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
13.	Poziom szumów: nie większy niż 0.00003 Abs.	Poziom szumów: .....
14.	Detektor: podwójna fotodiody krzemowa.	
15.	Wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
16.	Minimum pięć złącz USB.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
17.	Szybkość skanowania w zakresie co najmniej 2 – 29000 nm/min.	Szybkość skanowania w zakresie co najmniej ..... nm/min

18.	Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali minimum 14500 nm/min.	Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali minimum ..... nm/min.
19.	Lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy (nie dopuszcza się rozwiązania bazującego na lampie ksenonowej).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
20.	Możliwość wyboru długości fali przy której dochodzi do przełączenia lamp w zakresie 295 – 364 nm z dokładnością do 0.1 nm.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
21.	Wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
22.	Możliwość rozbudowy o automatyczny, minimum 9 pozycyjny (układ 8+1) zmieniacz kuwet na kuwety przepływowe o drodze optycznej 10 mm.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
	Możliwość pracy zarówno na samym aparacie bez podłączonego komputera jak i poprzez oprogramowanie komputerowe, sterujące aparatem (licencja na oprogramowanie musi być wielostanowiskowa).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
23.	Oprogramowanie wewnętrzne umożliwiające przynajmniej: pomiary spektrofotometryczne do 8 długości fali jednocześnie, rejestrowanie widm, pomiary ilościowe, pomiary wieloskładnikowe pomiary kinetyczne, pomiary prób biologicznych, pomiary absorbancji, transmitancji, energii w funkcji długości fali i czasu, pomiar mieszaniny mętnej poprzez pomiar transmitancji, walidacja.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
24.	W zestawie co najmniej 2 kuwety kwarcowe.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

## SPEKTROFLUORYMETR

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Źródło światła: lampa ksenonowa łukowa o mocy co najmniej 150 W, tzw. „bez ozonowa” z licznikiem czasu pracy, żywotność lampy - co najmniej 2000 h ciągłej pracy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Dwa monochromatory z siatką dyfrakcyjną o co najmniej 1300 liniach/mm.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Zakres pomiarowy: co najmniej od 200 do 900 nm, rząd 0 dla wzbudzenia i emisji.	Zakres pomiarowy: co najmniej od ..... do ..... nm (rząd 0 dla wzbudzenia i emisji).
4.	Kompensacja źródła światła: monitorowanie światła monochromatycznego.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Szerokość wiązki spektralnej: 1,5, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie wzbudzenia oraz 1, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie emisji.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Czułość: stosunek sygnału do szumów co najmniej S/N > 1000 dla linii Ramana wody destylowanej (350 nm wzbudzenie, odpowiedź 2 s dla 98 % skali i przy 5 nm szerokości wiązki).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Dokładność długości fali: nie gorsza niż $\pm 1,0$ nm.	Dokładność długości fali: nie gorsza niż ..... nm.
8.	Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż $\pm 0,2$ nm.	Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ..... nm.
9.	Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 60 000 nm/min.	Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej ..... nm/min.
10.	Co najmniej 9-kroków ustawiania szybkości skanowania, w zakresie co najmniej od 20 do 60 000 nm/min.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
11.	Wybór co najmniej trzech trybów czułości: „wysoki”, „niski” oraz „auto”.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
12.	Układ detekcji: fotopowielacz oraz fotodiody krzemowe.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
13.	Oprogramowanie komputerowe przyrządu posiadające następujące tryby pomiarowe: widmowy, ilościowy, fotometryczny, pomiar widm 3D, pomiary czasowe. Pozwalające na:	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sterowanie przyrządem</li> <li>• zbieranie danych</li> <li>• automatyczne monitorowanie stosunku sygnału do szumu oraz czasu pracy lampy</li> <li>• rejestrację widm emisyjnych i wzbudzeniowych</li> <li>• pomiar widm 3D</li> <li>• pomiary widm synchronicznych</li> <li>• pomiary w funkcji czasu</li> <li>• automatyczny wybór optymalnej długości fali dla wzbudzenia i emisji</li> <li>• obliczenia pomiędzy spektrum a stałymi</li> <li>• obliczanie pochodne do 4 stopnia</li> <li>• 1/Y, widmo odwrotne</li> <li>• przekształcenia logarytmiczne</li> <li>• tworzenie krzywych kalibracyjnych: wielomiany 1 do 3 stopnia</li> <li>• konwersję do formatów ASCII</li> </ul>	
14.	Posiada interfejs USB.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
15.	Automatyczna przesłona zabezpieczająca próbki przed rozkładem pod wpływem promieniowania poza czasem pomiaru.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
16.	Wymiary nie przekraczające: 610 mm (szerokość), 280 mm (wysokość) oraz 570 mm (głębokość).	Wymiary: ..... x ..... x ..... mm
17.	Możliwość rozbudowy o sferę całkującą do pomiarów próbek ciekłych, stałych i proszkowych o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnica co najmniej 100 mm</li> <li>• zakres falowy nie gorszym niż 200 - 900 nm.</li> <li>• ściany sfery wyłożone spektralonem.</li> <li>• siatki do określenia korekcji spektralnych na wyposażeniu</li> </ul>	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
18.	Możliwość rozbudowy o zestaw do badania fluorescencji próbek stałych z regulowanym kątem odbicia wiązki wzbudzenia (w komplecie zestaw filtrów odcinających, przynajmniej następujących UV-31, UV-35, UV-39, UV-Y43, UV-Y45, UV-Y47).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
19.	Kuweta kwarcowa do pomiarów fluorescencyjnych 10 mm x 10 mm – minimum 2 sztuki oraz zestaw minimum 4 filtrów powietrza do lampy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

## INKUBATOR LABORATORYJNY

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Objętość: 18 l	Objętość: .....
2.	Stabilność temperaturowa: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	Stabilność temperaturowa: ..... $^{\circ}\text{C}$
3.	Zakres temperatury: $15^{\circ}$ do $40^{\circ}\text{C}$	Zakres temperatury: .....
4.	Posiada oświetlenie wewnętrzne	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Posiada przeszklone drzwiczki, które ułatwiają obserwację próbek wewnątrz inkubatora	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Posiada wyświetlacz LED	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Posiada sterowanie mikroprocesorowe	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Posiada wymuszony obieg powietrza	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Wymiary zewnętrzne: 41,5 x 26 x 47 cm	Wymiary zewnętrzne: ..... x ..... x ..... cm
10.	Wymiary wewnętrzne: 31 x 18 x 29 cm	Wymiary wewnętrzne: ..... x ..... x ..... cm
11.	Zasilanie: 100-240V 50/60Hz	Zasilanie: .....
13.	Wyposażenie dodatkowe: dodatkowa półka	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

## AUTOKŁAW MIKROFALOWY

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Autokław do sterylizacji cieczy w kolbach o pojemności 100 do 500ml i butelkach laboratoryjnych (szklanych lub z tworzyw sztucznych - PMP, PP, PTFE, FEP, odpornych na temperaturę do 135°C)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Temperatura sterylizacji: 135°C	Temperatura sterylizacji: .....
3.	Czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji 80s	Czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji ..... s
4.	Czas nagrzewania 1.5-4.5 min	Czas nagrzewania ..... min
5.	Czas schładzania ok. 4-8 min	Czas schładzania ..... min
6.	Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia) 7-12.5 min	Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia) .....min
7.	Temperatura po zakończeniu procesu 95°C	Temperatura po zakończeniu procesu .....
8.	Ciśnienie robocze 3.6 bar	Ciśnienie robocze ..... bar
9.	Ciśnienie maksymalne 5 bar	Ciśnienie maksymalne ..... bar
10.	Objętość komory procesowej 2dm <sup>3</sup>	Objętość komory procesowej .....dm <sup>3</sup>
11.	Zasilanie 230V/50Hz	Zasilanie: .....
12.	Moc wyjściowa 0,95 kW	Moc wyjściowa ..... kW
13.	Maksymalny pobór prądu 8 A	Maksymalny pobór prądu .....
14.	Masa 15 kg	Masa ..... kg
15.	Objętość komory procesowej 2 l	Objętość komory procesowej .....
16.	Częstotliwość fal elektromagnetycznych 2450 MHz	Częstotliwość fal elektromagnetycznych ..... MHz
17.	Stopień ochrony IP 20	Stopień ochrony IP .....



18.	Posiada czytnik z obsługi kart MicroSD	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
-----	--	---

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia ..... 2019 r.

## MINIWIRÓWKA

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Urządzenie umożliwia jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Może pracować w trybie ciągłym bądź impulsowym.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Wirówka jest wyposażona w mechanizm automatycznie zatrzymujący urządzenie w przypadku otwarcia pokrywy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Posiada funkcję wytrząsania.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Prędkość wirowania: 2800 obr./min.	Prędkość wirowania: ..... obr./min.
6.	Maks. przyspieszenie odśrodkowe: 450 x g	Maks. przyspieszenie odśrodkowe: .....
7.	Wymiary: 190 x 235 x 125 mm	Wymiary: ..... x ..... x ..... mm
8.	Masa: 1,7 kg	Masa: .....
9.	Zasilanie: 230V, 50/60 Hz	Zasilanie: .....
10.	Dostawa obejmuje rotor R-1,5 (na 12 probówek po 1,5 ml) oraz rotor R-0,5/0,2 (na 12 probówek 0,5 ml oraz na 12 probówek 0,2 ml).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

## CHŁODZIARKA MIKROBIOLOGICZNA

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Obieg powietrza: wymuszony	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Pojemność komory: 200 l	Pojemność komory: .....
3.	Pojemność użytkowa komory: 163 l	Pojemność użytkowa komory: .....
4.	Sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD	Sterownik: .....
5.	Wyświetlacz: 4,3" kolorowy panel dotykowy	Wyświetlacz: .....
6.	Zakres temperatury pracy [C°]: 0...+15°C	Zakres temperatury pracy [C°]: .....
7.	Regulacja temperatury co 0,1 °C	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Blacha malowana proszkowo	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Wewnątrz: wyłożona aluminium	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	Wymiary zewn. 520 x 860 x 420 mm	Wymiary zewn.: ..... x ..... x ..... mm
11.	Zewnętrzne drzwi: szklane	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>MEDYCZNA APARATURA DO TERAPII TECAR</b>
--

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Moc: 300 W	Moc: .....
2.	Transfer prądu: pojemnościowy, oporowy	Transfer prądu: .....
3.	Protokoły leczenia: 22	Protokoły leczenia: .....
4.	Częstotliwość: 0,5 / 0,75 / 1.0 MHz	Częstotliwość: .....
5.	Funkcje leczenia: ciągła, ciągła 50 %, pulsacyjna 1-1	Funkcje leczenia: .....
6.	Tryb pracy: UniPolar, BiPolar, NeutroDynamic, Fixed Automatyczny	Tryb pracy: .....
7.	Zestaw zawiera akcesoria: 1 głowica dla elektrod rez/poj unipolar 3 elektrody rezystywne unipolar 3 elektrody pojemnościowe unipolar 1 głowica dla elektrod rez/poj biopolar 3 elektrody biopolar pojemnościowe 1 elektroda biopolar rezystywna 1 elektroda zwrotna 1 pojemnik na akcesoria	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Waga : 4,5 kg	Waga : .....
9.	W zestawie przenośny tablet	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	Wymiary: 32 x 30 x 11	Wymiary: .....
11.	Urządzenie posiada system który pozwala na kontrolę różnych faz leczenia dzięki przesyłowi za pomocą Bluetootha przy użyciu tableta lub smartwatcha, za pomocą aplikacji	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego  
 ....., dnia .....2019 r.

## APARAT DO ELEKTROLIZY PRZEZSKÓRNEJ

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Urządzenie elektromedyczne, które działa bezpośrednio na uszkodzone ścięgna.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Urządzenie, które wykorzystuje bezbolesną metodę mikroprądów galwanicznych aplikowanych za pomocą igły do akupunktury powodując mikro-uszkodzenia tkanki aby mogła się ona zregenerować na nowo.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	W skład zestawu wchodzi: - plastikowa walizka na aparat i akcesoria, - urządzenie do przezskórnej elektrolizy - baterie - uchwyt na igłę, - kabel łączący urządzenie z uchwytem na igłę, - 4 samoprzylepne elektrody 5 x 5 cm, - igły o długości 30 mm, grubość 0,3 mm – 100 sztuk, - instrukcja obsługi.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA</b>
--

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Profesjonalne urządzenie przeznaczone do hydroterapii: masażu, rehabilitacji i relaksu.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Zasilanie: 230 V/ 50 Hz	Zasilanie: .....
3.	Wymiary: 1165 x 680 x 944 mm	Wymiary: .....
4.	Waga: 73 kg	Waga: .....
5.	Pobór mocy: 1,5 kW	Pobór mocy: .....
7.	Pojemność: max 210 l	Pojemność: .....
8.	Ilość dysz: 12	Ilość dysz: .....
9.	Posiada możliwość wyboru poziomu wypełnienia - 72 / 210 l.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	Posiada elektronicznie sterowany system odkamieniania	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
11.	Posiada intuicyjny panel sterowania	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
12.	Kolor: do uzgodnienia po wyborze oferty	Kolor: .....

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....dnia .....2019 r.

<b>TRENAŻER ODDECHOWY</b>
---------------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni wdechowych.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Posiada wyświetlacz LCD. Przejrzysty i zrozumiały system sterowania z menu LCD pozwala na swobodne poruszanie się pomiędzy różnymi ustawieniami i sprawdzanie wyników sesji treningów oddychania.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Zasilanie: akumulator NIMH oraz sieciowe. W zestawie stojak do ładowania.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Czas pełnego ładowania: 16 godzin	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Posiada 5-woltową ładowarkę sieciową mini USB	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	W zestawie oprogramowanie dedykowane umożliwiające instalację na komputerach PC	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Zestaw zawiera również: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustnik (PVC)</li> <li>• Klips do nosa</li> <li>• 4 tabletki czyszczące</li> <li>• Instrukcja obsługi</li> <li>• Saszetka do przechowywania</li> </ul>	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>PODNOŚNIK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY</b>
---

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Posiada rączkę sterującą w kształcie litery „U”.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Sterowanie elektryczne.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii</li> <li>• nosidło zapewniające właściwą stabilizację pleców - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku.</li> </ul>	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Posiada siłownik certyfikowanego producenta.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Koła przednie obrotowe.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Koła tylne wyposażone w hamulec.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	Regulowana szerokość nóg podstawy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
12.	- Długość 110 cm - Szerokość 58,5 cm - Wysokość 113 cm	- Długość: .....cm - Szerokość: ..... cm - Wysokość: ..... cm
13.	- Zasięg podnoszenia 28 cm - Zakres podnoszenia 74-177,5 cm - Prędkość podnoszenia 3,8 cm/s	- Zasięg podnoszenia: ..... cm - Zakres podnoszenia: ..... cm - Prędkość podnoszenia: ..... cm/s
14.	- Średnica kół przednich 7,5 cm - Średnica kół tylnych 10 cm	- Średnica kół przednich: ..... cm - Średnica kół tylnych: ..... cm



15.	Rozstaw nóg podstawy 58,5-80 cm	Rozstaw nóg podstawy ..... cm
16.	Maksymalne obciążenie 150 kg	Maksymalne obciążenie: ..... kg

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>MODEL – FAZY PORODU</b>
----------------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Model umieszczony na jednej podstawie.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Model wykonany w skali 1:2	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Model przedstawia następujące etapy: - Płód w łonie matki, szyjka zamknięta - Płód w łonie matki, macica otwarta - Płód w łonie matki, rozpoczęcie przejścia głowy - Płód w łonie i miednicy, zakończenie przejścia głowy - Łożysko w macicy	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Wymiary: 40 x 31 x 13 cm	Wymiary: ..... x ..... x ..... cm
6.	Waga: 2 kg	Waga: ..... kg

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego  
 ....., dnia .....2019 r.

<b>POŚLADEK – SYMULATOR INIEKCJI DOMIĘŚNIOWYCH</b>
--

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓLOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Fantom przeznaczony do nauki iniekcji domięśniowych.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Fantom przedstawia naturalnych rozmiarów miednicę męską.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Prawy pośladek pod transparentną warstwą skórną ukazuje miednicę wraz ze strukturami kostnymi, (część proksymalna kośćc udowej), mięśniowymi, nerwowymi.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Lewy pośladek służy do praktycznego treningu iniekcji domięśniowych.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Model wyposażony w sygnalizację: właściwie przeprowadzoną iniekcję potwierdza zapalenie się zielonej lampki, w przypadku iniekcji w niewłaściwym miejscu lub w niewłaściwy sposób zapala czerwona lampka oraz słychać specyficzny dźwięk.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Wymiary: 38 x 35 x 22 cm	Wymiary: ..... x ..... x ..... cm
8.	Waga: 5 kg	Waga: ..... kg
9.	Zasilane baterią 9V.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>GŁOWA NOWORODKA DO WYKONYWANIA NAKŁUĆ</b>
--

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Model prezentuje całą głowę i szyję niemowlęcia.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Posiada główne żyły głowy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Możliwość nakłuwania żył głowy i punkcję zatok.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Wyczuwalny moment, gdy igła wnika w żyłę.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Powrót krwi wskazuje na prawidłowe umieszczenie igły.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Nakłuwania nie powodują wycieku pływów.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

## ORTODONTYCZNY MODEL SZCZĘKI GÓRNEJ

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Model przedstawia: -poddziąstowe złogi kamienia nazębnego, - recesję dziąsła, - usunięty ząb 12, - średniozaawansowaną paradontozę po prawej stronie, - aparat ortodontyczny na zębach od 21 do 26.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Posiada miękkie różowe dziąsło.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....,dnia .....2019 r.

## MODEL SZCZĘKI DO NAUKI IMPLANTOLOGII

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Przezroczysty model szczęki do celów implantologicznych z zębami oraz cylindrycznymi implantami.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Korony zębów osadzonych na implantach są ruchome.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Korona na zębie 22, most (3 punkty) osadzony na implantach zębów 14, 16.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>MODEL CZASZKI</b>
----------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Model wykonany jest z tworzywa sztucznego.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Dokładne odwzorowanie struktur anatomicznych kości w skali 1:1.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Czaszka posiada ruchome i otwierające się segmenty umożliwiające zapoznanie się z wewnętrznymi strukturami twarzoczaszki (naczynia, nerwy i zatoki).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia ..... 2019 r.

## ZGRZEWARKA PUNKTOWA

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Urządzenie przeznaczone jest do zgrzewania i lutowania przy pracach z zakresu ortopedii szczękowej.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Natężenie prądu do 2000 A.	Natężenie prądu do: .....
3.	Napięcie zasilania: 110-240 V/50/60 Hz	Napięcie zasilania: .....
4.	Posiada sześciostopniową regulację mocy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Posiada dwa zakresy lutowania.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Posiada włącznik lutowania ciągłego.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Posiada wyświetlacz LED.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Automatyczne rozpoznanie napięcia (110-240 V).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Ograniczenie prądu przy pomyleniu elektrod.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	System oszczędzania prądu (automatyczne wyłączenie przy nie używaniu powyżej 10 minut).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
11.	Sygnalizacja błędów przy przegrzaniu oraz sprawdzaniu elektrod.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
12.	Posiada przyłącze do elektrod ręcznych.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
13.	Posiada przyłącze do włącznika nożnego.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
14.	Zestaw zawiera osprzęt dodatkowy: - elektroda z uchwytem ręcznym – 2 szt. - uchwyt do elektrody ręcznej – 1 szt. - żarnik lutowia z płaszczem miedzianym - włącznik nożny lub kolanowy	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego  
....., dnia .....2019 r.



<b>PALNIK WODOROTLENOWY</b>
-----------------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Palnik do lutowania i spawania z urządzeniem produkującym gaz.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Napięcie: 230 V	Napięcie: ..... V
4.	Max. produkcja gazu l/h: 240	Max. produkcja gazu l/h: .....
5.	Max. wielkość dyszy: 1.5 (G17)	Max. wielkość dyszy: .....
6.	Liczba stanowisk pracy: 1-8	Liczba stanowisk pracy: .....
7.	Szerokość: 515 mm	Szerokość: ..... mm
8.	Głębokość: 375 mm	Głębokość: ..... mm
9.	Wysokość: 515 mm	Wysokość: ..... mm
10.	Waga: 48 kg	Waga: ..... kg
11.	W zestawie również: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mikropalnik z regulacją - 1 szt.</li> <li>▪ dysze - 5 szt</li> <li>▪ podstawka do mikropalnika</li> <li>▪ wąż – 3 m</li> </ul>	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>PALNIK GAZOWY</b>
----------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 3 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Palnik przeznaczony do lutowania, odlutowywania, lutowania mosiądzem, podgrzewania, zapiekania i galwanizowania.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Dysze gazu i powietrza posiadają oddzielną regulację, pozwalającą na uzyskanie idealnego, stabilnego płomienia.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Temperatura maksymalna: 1200 °C	Temperatura maksymalna: .....
4.	Zawartość gazu: 50 ml	Zawartość gazu: .....
5.	Zasilanie: propan-butan do zapalniczek	Zasilanie: .....
6.	Wyposażony w zapalarkę piezoelektryczną	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Zasilanie - propan-butan do zapalniczek	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Waga: 250g	Waga: .....
10.	W zestawie: zdejmowany stojak	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

.....,dnia .....2019 r.

<b>FIXATOR ORTODONTYCZNY</b>
------------------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 8 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Fixator modeli ortodontycznych o rozdzielnej budowie stożkowych ramion ułatwiające usuwanie i wymianę modelu	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Posiada górne i dolne ramiona mocujące do modeli gipsowych	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Posiada zamek zgryzowy ze śrubą mocującą	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Posiada dwa okrągłe, równoległe teleskopy	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>FREZARKA</b>
-----------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Frezarka przeznaczona do obróbki łuków zębowych	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Bezobrotowy silnik pozwala na szybkie i łatwe szlifowanie łuków zębowych	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Skutecznie oczyszcza stanowisko pracy z pyłów.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Posiada płynną regulację wysokości frezu.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Posiada dodatkowe gniazdo 230V z tyłu obudowy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Napięcie 220–240 V	Napięcie: ..... V
9.	Nominalna szybkość obrotowa 2770 1/min (50 Hz)   3350 1/min (60 Hz)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	Maksymalna moc przyłączeniowa gniazdo na urządzeniu 2200 VA (230 V) 1300 VA (120 V)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
11.	Całkowita moc przyłączeniowa 2320 VA (230 V) 1430 VA (120 V)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
12.	Obroty: 2770 obrotów/minutę	Obroty: .....
13.	Wymiary: 214 x 207 x 252 mm	Wymiary: ..... x ..... x ..... mm
14.	Waga ok. 5,7 kg	Waga: ..... kg
15.	Zestaw zawiera: 1 szt. Frez do łuków zębowych 1 szt. Klucz imbusowy	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>WAGA ELEKTRONICZNA</b>
---------------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 4 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Waga elektroniczna dydaktyczna w zestawie z bateriami oraz zasilaczem.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Waga posiada hak na spodzie i może być używana do ważenia wiszących ciężarów.	
3.	Średnica powierzchni ważenia 150mm	Średnica powierzchni ważenia: ..... mm
4.	Szerokość: 170 mm	Szerokość: ..... mm
5.	Wysokość: 39 mm	Wysokość: ..... mm
6.	Długość: 240 mm	Długość: ..... mm
7.	Podziałka: 1 g	Podziałka: ..... g
8.	Powtarzalność: 1 g	Powtarzalność: ..... g
9.	Zakres pomiaru maks. 5,2kg	Zakres pomiaru maks. .... kg
10.	Zasilanie: baterie oraz zasilacz sieciowy	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

<b>WTRYSKARKA</b>
-------------------

Nazwa własna produktu .....

Producent:.....

ILOŚĆ: 2 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.	Niskociśnieniowa, automatyczna wtryskarka z innowacyjnym pionowym, impulsowo oporowym systemem nagrzewania rdzenia termicznego i regulowanej iniekcji indywidualnie przygotowanej ilości materiału - umożliwia ekonomiczną pracę przy zastosowaniu gipsów III klasy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Parametry pracy dla wszystkich materiałów termoplastycznych: - ciśnienie robocze od 0-10 barów, - temperatura pracy od 0-320 °C - możliwość ustawienia urządzenia do 400 °C	- ciśnienie robocze od ..... barów, - temperatura pracy od ..... °C - możliwość ustawienia urządzenia do ..... °C
3.	Posiada: - wielofunkcyjny panel elektroniczny - 30 programów - Alarm ostrzegający o początku wtryskiwania - Chłodzenie puszek	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Daje możliwość wtrysku tradycyjnej żywicy akrylowej i polimeryzowania jej w ciągu zaledwie 15 minut, pod stałym ciśnieniem bez ryzyka podniesienia wysokości zwarcia.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Obudowa: wykonana ze stali inox pomalowana żywicą epoksydową w kolorze białym.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Elementy mechaniczne: mocowanie puszek wykonane ze stali pokrytej cynkiem i chromem.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Napięcie: 220/240V 50 Hz.	Napięcie: ..... V
11.	Regulacja temperatury: 65 – 300 °C.	Regulacja temperatury: ..... °C.
12.	Temperatura pracy: 5 - 35 °C.	Temperatura pracy: ..... °C.
13.	Pneumatyka: pierścienie i tłoki aluminiowe, ciśnienie: od 2 do 6 bar.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

15.	Zestaw zawiera: 1150 g Acetal assortment + kolornik 3 kg Gips III Marble Stone 60 szt. Walce do wtryskarki 60 szt. Korki do walców (teflonowe) 1 szt. Pasta polerska do acetalu i akrylu 1 szt. Lubricant (wazelina) 30 ml Gyplux (lakier – lakier fotopolimeryzujący do modeli gipsowych) 2 szt. Puszki (mała i duża) 1 szt. Klucz do puszek 1 szt. Kleszcze do zaginania naboju 5 dodatkowych puszek typ 100 duża	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
-----	--	---

\* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....  
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia .....2019 r.

**UMOWA** Nr .....

zawarta w dniu ..... roku pomiędzy

**Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu** ul. Zamkowa 4,  
58-300 Wałbrzych

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez

1. prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek - Rektor
2. mgr Rafał Pszczolarski - Kanclerz

a

..... z siedzibą .....

zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ..... r. pod numerem ..... prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na potrzeby Zamawiającego przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr ....., na które wykonawca złożył ofertę, zwanego dalej „Towarem”.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność Towaru, a Zamawiający zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczony Towar pod warunkiem zgodności dostarczonego Towaru z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie Towaru, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności takich jak serwis gwarancyjny.
4. Dla wyszczególnionych urządzeń z zadania nr 1,2, 6 i 12 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzeń po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług o których mowa w ust. 3 wchodzi w skład ceny dostawy Towaru.
6. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne w ramach struktur organizacyjnych stron za realizację niniejszej umowy:
  - 1) Ze strony Zamawiającego: .....
  - 2) Ze strony Wykonawcy: .....
7. Każda ze stron może zmienić wskazane powyżej osoby mocą jednostronnego oświadczenia woli. Oświadczenie w tym zakresie zostanie złożone drugiej Stronie na piśmie.
8. Osoby, o których mowa w ust. 5, nie mają prawa do zaciągania w imieniu stron zobowiązań, w tym dokonywania zmian umowy chyba, że uzyskają w tym zakresie pisemne pełnomocnictwo.



## § 2

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w zadaniu nr ..... i określonego w złożonej przez Wykonawcę ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Towar nie posiada wad fizycznych i prawnych.
3. Miejszem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Wałbrzych, ul. Zamkowa 4.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w ust.1 w terminie do ..... dni kalendarzowych, licząc początkowy bieg terminu od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.

## § 3

### OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Towar jest fabrycznie nowy, bez śladów używania, nieuszkodzony, pełnowartościowy – zgodny z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest wysokiej jakości, spełnia wymogi bezkonfliktowej pracy i zapewnia należyte bezpieczeństwo.

## § 4

### WARUNKI DOSTAWY

1. Dostarczony przez Wykonawcę Towar musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu jego stanu podczas transportu do miejsca jego przeznaczenia.
2. Koszt transportu do miejsca określonego w § 2 ust.3 umowy, rozładunek dostarczonego Towaru a także ryzyko dostawy obciąża w całości Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego Towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, Towar w o którym mowa w § 2 ust.1 umowy.
5. Wykonawca zrealizuje dostawę w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30
6. Minimum jeden dzień przed dostawą Towaru Wykonawca poinformuje e-mailowo Zamawiającego na adres e-mailowy [bmierzejewska@pwsz.com.pl](mailto:bmierzejewska@pwsz.com.pl) o dacie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę w imieniu Wykonawcy (imiona, nazwiska, telefony)
7. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień, w którym strony podpisały protokół odbioru.
8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towaru w celu przeprowadzenia procedury odbioru Towaru w miejscu dostawy, która odbędzie się na warunkach określonych w § 5 umowy.

## § 5

### WYDANIE I ODBIÓR TOWARU

1. Odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego Towaru dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Sprawdzenie Towaru będzie polegało na upewnieniu się, że Towar jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 6 niniejszej umowy, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
3. Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w ust.1 po wcześniejszym sprawdzeniu i stwierdzeniu jego sprawności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
4. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) Specyfikację przekazywanego sprzętu i urządzeń, wraz z określeniem ich nazwy handlowej oraz podaniem parametrów, która będzie stanowić załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w ust.1
  - 2) Certyfikat zgodności Towaru z PN, licencje, atesty
  - 3) Kartę gwarancyjną
  - 4) Instrukcje obsługi w języku polskim
5. Karta gwarancyjna o której mowa w ust.4 pkt.3 dołączona do dostarczonego Towaru jest wystawiana przez Wykonawcę, który jest wobec Zamawiającego jedynym podmiotem udzielającym gwarancji i bezpośrednio ponoszącym zobowiązania z niej wynikające.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych, wad jakościowych Towaru, lub jego niezgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy, Zamawiający wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin wezwie go do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, SIWZ oraz ofertą Wykonawcy i podpisze protokół odbioru o którym mowa w ust.3 dopiero po wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązania objętego treścią tego wezwania. Czynności związane z postępowaniem o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca wykonuje własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko.
7. Dokonanie odbioru Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń jakie przysługują Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

#### § 6

##### RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w złożonej przez Wykonawcę ofercie, a także każdą wadę w Towarze której nie można było ujawnić w dniu odbioru, a która zostanie ujawniona przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, a nie jest ona wynikiem nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia odbioru Towaru.

#### § 7

##### GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony Towar jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
2. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na każde z urządzeń.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne Towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 8

SERWIS GWARANCYJNY, REKLAMACJE

1. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzeń poza w/w miejscem, Wykonawca zapewni:

- 1) odbiór wadliwego urządzenia w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, na własny koszt,
- 2) dostawę naprawionego urządzenia na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych, od dnia odebrania urządzenia z siedziby Zamawiającego,
- 3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. W przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego w wymaganym terminie, Wykonawca zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 0,5 % wartości wadliwego urządzenia za każdy dzień opóźnienia.
- 4) W sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy na własny koszt fabrycznie nowe urządzenie, o parametrach nie gorszych od parametrów eksploatacyjnych urządzenia podlegającego wycofaniu z użytkowania, w terminie 7 dni roboczych liczonym od dnia stwierdzenia braku możliwości naprawy.
- 5) Zgłoszenia awarii Zamawiający może dokonać telefonicznie lub e-mailem.
- 6) W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tej wady.

2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o awarii lub wadach Towaru:

a) pod numerem telefonu .....

b) pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) .....@.....

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 -15. 00.

§ 9

ZAPŁATA CENY

1. Zamawiający zgodnie z treścią oferty stanowiącej załącznik do umowy, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony i odebrany Towar w wysokości .....brutto, (słownie złotych : ..... złotych i 00/100)
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności objęte przedmiotem umowy, oraz wszelkie koszty leżące po stronie Wykonawcy poniesione przez Wykonawcę celem wykonania niniejszej umowy.
3. Wartości netto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia podane przez Wykonawcą w złożonej ofercie są wartościami stałymi i niezmiennymi.
4. Wykonawca mając możliwość ustalenia wszelkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni od daty przedłożenia faktury przelewem na konto wskazane w fakturze.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego

o którym mowa w § 5 ust.1 z uwzględnieniem ust.3 i 6 umowy, oraz dostarczenie stosownych wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi w języku polskim.

7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
8. Za zapłatę uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, Zamawiający nie odpowiada jednak za opóźnienia lub wstrzymania płatności, które nie były spowodowane jego działaniem.

#### § 10

##### ODSTĄPIENIE OD UMOWY, OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu po uprzednim dostarczeniu Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli w przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się wobec Zamawiającego ze zobowiązań objętych niniejszą umową.
2. W wypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych od terminu określonego w § 2 ust.4 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
  - 2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
  - 3) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień tego opóźnienia,
4. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

#### § 11

##### ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE

1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

#### § 12

##### ZMIANY UMOWY, JĘZYK, EGZEMPLARZE, ZAŁĄCZNIKI

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w następującym zakresie:
  - zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie poprzez podpisanie aneksu,
  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy będą sporządzone w języku polskim.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
5. Wykaz załączników do umowy:  
Załącznik nr .....- Oferta Wykonawcy

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

## KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

