

Wałbrzych, 07.10.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia – II postępowanie”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 07.10.2019 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o zakresie podnoszenia 100 - 200 cm ?

Pyt. 2

Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 1 opisu przedmiotu zamówienia “rączka sterująca w kształcie litery U” ma na myśli rączkę do regulacji rozstawu podstawy i dopuści rączkę o innym kształcie ?

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o prędkości podnoszenia 2,4 cm/s ?

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o szerokości podstawy regulowanej w zakresie: 63 - 112,5 cm ?

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o wymiarach: długość: 112,5 cm, szerokość: 63 cm, wysokość: 120 cm ?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik o zakresie podnoszenia 100-200 cm.

Ad.2

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik z inną rączką niż w kształcie litery „U”

Ad. 3

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik o prędkości podnoszenia 2,4 cm/s

Ad. 4

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik o szerokości podstawy regulowanej w zakresie: 63 - 112,5 cm

Ad. 5

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik o innych wymiarach niż określone w SIWZ.

KANCLERZ
mgr Rafał Pszczolarski