

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia – II postępowanie”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 07.10.2019 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. (Lp. 1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik transportowo-kąpielowy z uchwytami sterującymi jak na poniższym zdjęciu?



2. (Lp. 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik transportowo-kąpielowy o wymiarach:
 - długość: 117 cm
 - szerokość całkowita: 70 cm
 - wysokość: 140 cm ?
3. (Lp. 13) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik transportowo-kąpielowy z zakresem podnoszenia od 73 -159 cm ?
4. (Lp. 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik transportowo-kąpielowy z kołami przednimi o średnicy 10 cm?
5. (Lp. 15) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik transportowo-kąpielowy z rozstawem nóg podstawy w zakresie od 70 cm do 105 cm ?
6. (Lp. 16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik transportowo-kąpielowy o maksymalnym udźwigu 180 kg? Parametr lepszy od oczekiwanego.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik transportowo-kąpielowy z inną rączką niż w kształcie litery „U”.

Ad.2

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik transportowo-kąpielowy o innych wymiarach niż określone w SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik o zakresie podnoszenia 73-159 cm.

Ad. 4

Zamawiający informuje, że dopuści podnośnik transportowo-kąpielowy z kołami przednimi o średnicy 10 cm.

Ad. 5

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podnośnik transportowo-kąpielowy z rozstawem nóg podstawy w zakresie od 70 cm do 105 cm.

Ad.6

Zamawiający informuje, że dopuści podnośnik transportowo-kąpielowy o maksymalnym udźwigu 180 kg

KANCLERZ
mgr Rafał Pszczółarski