

Wałbrzych, 02.10.2018 r.

DA.2161.12.2018

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie „**Dostawa wyposażenia do pracowni pielęgniarskich**”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że na ręce Zamawiającego w dniu 28.09.2018 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w **pozycji 4** defibrylatora AED, który posiada 6 scenariuszy szkoleniowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania defibrylatora AED, który posiada 6 scenariuszy szkoleniowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w **pozycji 5** laryngoskop wykonany z trwałej stali nierdzewnej z zimnym światłem diody LED, z możliwością sterylizacji do 134 stopni w rozmiarach: 1 (82 mm), 2 (115 mm), 3 (135 mm), 4 (155 mm), 5 (174 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania laryngoskopu wykonanego z trwałej stali nierdzewnej z zimnym światłem diody LED, z możliwością sterylizacji do 134 stopni, z łyżkami Macintosh w rozmiarach: 1 (82 mm), 2 (115 mm), 3 (135 mm), 4 (155 mm), 5 (174 mm).

**Zmianie ulegają zapisy w załączniku nr 3.2.5**

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w **pozycji 11** deski ortopedycznej wykonanej z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalnej dla promieni X, co umożliwia diagnostykę RTG, posiadającej 4 komplety pasów zabezpieczających kodowanych kolorami z zestawem klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, wyposażonej w 14 dużych uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt oraz pracę w grubych rękawicach, **posiadającej udźwig 450 kg i dodatknią pływerność noszy?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania deski ortopedycznej innej niż opisana w załączniku nr 3.2.11.

Stosowne zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Nie zmienia się termin przewidziany do składania ofert.

**KANCLERZ**  
  
**mgr Rafał Pszczolarski**